

Instrução de Processo		Setor	Validade
Avaliação das Condições do Curativo		Modelo	
Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Curativo aderido totalmente à pele		<p>♦ Manter o curativo aderido totalmente à pele.</p> <p>Trocar o curativo se sinais de descolamento da pele.</p>
2	Sem presença de sinais flogísticos		<p>Avaliar diariamente e em todos os turnos a inserção do cateter, se curativo com película.</p> <p>Inspecionar e comunicar sinais flogísticos</p> <p>Ou</p> <p>Avaliar 1 x ao dia durante o procedimento de troca de curativo, se curativo convencional a inserção do cateter.</p> <p>♦ Inspecionar e comunicar sinais flogísticos</p>
3	Sem presença de sangue		<p>♦ Realizar novo curativo se presença de sangue</p>
4	Datado curativo		<p>♦ Sinalizar a data de realização do curativo na própria borda da película ou em micropore</p> <p>Atentar a data de troca dos curativos</p>

5	Sem sinais de exteriorização		<p>Avaliar pontos/ fixação do cateter;</p> <p>◆ Identificar sinais de exteriorização, caso esteja exteriorizado sugerir a troca do acesso.</p>
6	Sem presença de sujidade		<p>◆ Manter curativo limpo e livre de sujidade</p> <p>Trocar o curativo sempre que presença de sujidade no curativo</p>
7	Proteger curativo durante o banho		<p>Proteger o curativo e as conexões do cateter com plástico (ou material impermeável) e fita adesiva para banho. Evitar molhar o curativo. Caso após o banho curativo esteja úmido é necessário realizar outro curativo</p>
8	Curativo protegendo inserção do CVC		<p>◆ Avaliar se a inserção do cateter esta protegida pela cobertura do curativo, seja película ou gaze e micropore.</p>

◆	<p>Dicas de Segurança</p> <hr/> <p>PONTOS CHAVE!!</p>
---	---